



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ เพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ
๘,๐๐๓,๙๖๐ บาท (แปดล้านสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และราคากลาง ๘,๐๐๓,๙๖๐ บาท (แปดล้าน-
สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการ
ประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางนฤมล สัพโส)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๘,๐๐๓,๕๖๐ บาท (แปดล้านสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖
 - ๕.๒ ราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับพฤษภาคม ๒๕๖๕
 - ๕.๓ ราคาตามท้องตลาด
 ๑. บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ๒. บริษัท ๒บี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 ๓. บริษัท เมดิคอล เอ็กซ์เพอร์ทิส จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๖.๒ นายศรัณย์พงศ์ สายดวง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.๓ นางสาวสุลาลัย เหลาเจริญ	ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศรัณย์พงศ์ สายดวง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุลาลัย เหลาเจริญ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายราคากลางจัดหาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
จำนวน ๑๐ รายการ โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
วัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ					
๑	เกจออกซิเจน รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เป็นชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ ๕๐ psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ตัวเรือนทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมทั้งสองด้าน ๑) ข้อต่อเข้าถึงออกซิเจน แบบมาตรฐาน CGA ๕๔๐ มีฟิลเตอร์ที่ปลายข้อต่อ ๒) มีตัวกรองฝุ่นละออง ๓) หน้าปัดเกจออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง ตั้งแต่ ๐ ถึง ๓,๕๐๐ psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL ๔) มีชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) ๕) สามารถปรับอัตราการไหล ๐ ถึง ๑๕ ลิตรต่อนาที ได้สูงสุด ๖๐ ลิตรต่อนาที Calibrated at ๒๐C and psi ๖) โพลีมิเตอร์ความถูกต้อง ±๑๐% ๗) ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier) ทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styene (ABS) ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร มีขีดแสดงระดับน้ำต่ำสุด สูงสุด ๘) สายแคนนูล่า (Cannula) สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิตยอมรับ ๙) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : สำหรับปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen regulator) อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕๗ อัน	๑,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	-

8,003,160

ลำดับ...

76,759,600 ✓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๒	เก้าอี้สุขา รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม ที่รองนั่งทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ที่นั่งกระชับมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีลูกยางป้องกันการลื่น ทั้ง ๔ ขา เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ สำหรับใช้เป็นเก้าอีนั่งถ่าย อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๑๓๕ ตัว	๑,๘๕๐	๒๔๙,๗๕๐	-
๓	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Pick-Up-Walker) รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน มั่นคง ยกได้ ๑) มีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความกว้างของฐานจากด้านซ้ายไปขวาไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความกว้างของฐานจากทางด้านหน้าไปหลังไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร ๒) ยึดติดโครงด้วยน็อตหรือพุกเหล็กฝังด้านใน และยึดด้วยท่อนอลูมิเนียมค้ำกลางและด้วยด้ามล่างเพื่อความมั่นคง แข็งแรง ๓) บริเวณมือจับมีวัสดุหุ้มเพิ่มความกระชับและทนทาน ๔) มีลูกยางป้องกันการลื่น สวมที่ปลายขาทั้ง ๔ ขา ๕) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่หัดเดินหรือช่วยพยุง อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๑๗๙ อัน	๗๐๐	๑๒๕,๓๐๐	-
๔	ไม้เท้า ๑ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว สามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดยเลื่อนสปริง มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อกบริเวณมือจับมีวัสดุหุ้มเพิ่มความกระชับและทนทาน มีลูกยางสวมที่ปลายขาของไม้เท้าเพื่อป้องกันการลื่นเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๔๔๙ อัน	๑๙๐	๘๕,๓๐๐	

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๕	ไม้เท้า ๔ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างโลหะชุบโครเมียม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดยเลื่อนสปริง มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อก ฐานไม้เท้าแยก เป็นส่วนปลาย ๔ ขา มือจับผลิตด้วยพลาสติก หรือ PVC มีความมั่นคง ไม่บิดหมุน มีลูกยาง สวมที่ปลายของไม้เท้าทั้ง ๔ ขา เพื่อป้องกัน การลื่น เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	๑๖๗ อัน	๖๐๐	๑๐๐,๒๐๐ /	-
๖	สายออกซิเจน canular รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : ใช้สำหรับอัตราการไหลของ ออกซิเจน ๑-๖ ลิตร/นาที สายเล็ก ๆ ที่นำ ออกซิเจนควรอยู่ลึกในจมูกประมาณ ๑ ซม. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้สำหรับให้ ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย	๕๐๙ เส้น	๑๐๐	๕๐,๙๐๐ /	-


ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ					
๑	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้บำบัดทางการแพทย์ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ๑) ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติกแข็งแรง ปลอดภัย ๒) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ x ๒๕ x ๕๐ ซม. น้ำหนักไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม ๓) มีล้อและหูหิ้ว สะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย ๔) หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงานของเครื่องสะสม, เวลาที่ตั้งปิด ,โหมดการทำงาน ๕) มีไฟแสดงสถานะ ๓ ตำแหน่ง (การทำงานของเครื่องปกติ , แรงดันลมต่ำกว่ามาตรฐาน , ความเข้มข้นของออกซิเจน) ๖) สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ระหว่าง ๐.๕-๕ ลิตร/นาที ๗) ความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ % ๘) แรงดันออกของออกซิเจนสูงสุด ๓๐ - ๖๐ kPa ๙) ระดับเสียงการทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ เดซิเบลเอ ๑๐) ใช้ไฟกระแสสลับ ๑๑๐ - ๒๒๐V ๑๑) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้: เพื่อใช้สำหรับให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย อายุการใช้งาน : ๓ ปี	๕๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๑,๒๗๕,๐๐๐	-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๒	เตียงนอน ๓ โกว์ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบสารป้องกันสนิม และพ่นสีทับ ๑) ทำงานแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ๒) พนักหัวเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย สามารถปรับได้ ๓ แบบ คือ ความสูงต่ำของเตียง หัวเตียง และปลายเท้า ๓) มีระบบล็อกล้อ แบบอิสระ ๔ ล้อ (Independent brake castor) ๔) ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร จากระดับพื้นราบ ๕) มีที่แขวนขวดสารคัดหลั่ง อย่างน้อย ๔ อัน ๖) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : สำหรับผู้ป่วยติดเตียง อายุการใช้งาน : ๓ ปี	๑๙๐ เตียง	๒๙,๐๐๐	๕,๕๑๐,๐๐๐	-
๓	เครื่อง Suction รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Diaphragm หรือ Piston ๑) มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๐.๘ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๐ ถึง ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ๒) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ๓) มีชุดบรรจุเสมหะและระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง ๔) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : สำหรับดูดเสมหะ อายุการใช้งาน : ๓ ปี	๗๒ เครื่อง	๕,๕๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๔	รถเข็นนั่งเด็กพิการ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างรถเข็นทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม พื้นที่นั่งและพนักพิงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร ที่พนักเท้าสามารถพับได้ สามารถปรับ ความสูงต่ำของแกนที่วางเท้าได้เหมาะสมกับผู้ป่วย มี อุปกรณ์พยุงเท้าตก มีที่วางแขน ที่ห้ามล้อ (Wheel Lock) เป็นชนิดแกนสั่นติดอยู่ที่ ๒ ข้างของรถนั่ง เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กใช้สำหรับเคลื่อนที่ อายุการใช้งาน : ๓ ปี	๒๑ คัน	๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศรีรัตน์พงศ์ สายดวง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุลาลัย เหลาเจริญ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ